


单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	潢川县人民医院	
专业人员信息	姓名	张莹莹
	职称	高级
	工作单位	信阳市卫生监督局
项目信息	项目名称	潢川县人民医院SOMATOM Drive双源CT球管更换及维保服务采购项目
	项目金额	570万
	供应商名称	西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>本次采购内容为双源CT球管更换及CT整机保修三年，原CT为西门子双源CT，基于供应商专利保护需求，球管匹配度及整机维保具有供应唯一性，提供原厂备件来源可靠，可追溯性强，保证操作的安全性、治疗的准确性，建议本项目按照单一来源采购方式进行招标采购。</p>	
专业人员签字		日期：2024年05月28日