

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	平舆县人民医院			
项目名称	平舆县人民医院 GS-30717型号 X 射线管采购项目			
专业人员信息	姓 名	薛和平	手机号码	1863829555
	职 称	副主任医师		
	工作单位	郑州市职业病防治院		
专业人员 论证意见	①球管是医用CT产品的关键核心配件，球管的品牌型号与CT主机型号不一样会对医用CT的性能产生影响，甚至有可能造成医疗纠纷； ②在医用CT产品上使用和原装非原厂认证的球管在体积尺寸重量上可能导致整机的重心或存在与注册证内容之间的偏差，从而造成球管重心不匹配，导致CT机架变形，滑环磨损加剧，影响机架寿命，焦点设计的不同会导致图像模糊、伪影，容易造成医生误诊、漏诊风险，球管是CT整机的重要组成部分使用非原厂型号球管将导致高压发生器、CT探测器等重要电子部件无法在正常负荷下工作导致这些重要部件寿命缩短，增加维护成本，同时也给设备用户造成使用无认证医疗器械的风险。 建议采用单一来源方式采购球管。			
专业人员签字	薛和平		日期 2025 年 3 月 21 日	